

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : 52
दिनांक : 10/08/2017
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री शिव चरण गोयल

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि आचार्य भिक्षु अस्पताल में लगी एक्स-रे मशीन जनवरी, 2017 में आग लगने से नष्ट हो गई थी,	जी नहीं, एक्सरे की तीनों मशीनें ठीक प्रकार से काम कर रहीं हैं ।
ख)	इस मशीन को बदलकर नई मशीन लगाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।
ग)	यह मशीन किस तिथि तक बदल दी जाएगी,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि 'अल्ट्रा साउंड मशीन' भी ठीक से काम नहीं कर रही है,	इस अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन पूर्णतः खराब हो चुकी है एवं वर्तमान में मशीन राम तुला राम अस्पताल, नजफगढ़ से लोन पर ली है ।
ङ)	अल्ट्रा साउंड मशीन को किस तिथि तक बदल दिया जाएगा,	अल्ट्रासाउंड एवं कलर डॉप्लर की डिमाण्ड सीपीए0 को भेज दी गई है । नई मशीन से खरीदने हेतु सी.पी.ए. से प्रक्रिया जारी है ।
च)	क्या यह सत्य है कि अस्पताल में प्रतिदिन केवल चार या पांच प्रसव ही कराए जाते हैं जबकि इसकी क्षमता 20 प्रसव कराने की है,	वर्तमान में मात्र एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है ।
छ)	यदि हां, तो ऐसे मामले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में क्यों भेजे जाते हैं,	स्पेशलिस्ट के छुट्टी पर होने पर नार्मल डिलिवरी को छोड़कर सभी केस दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिए जाते हैं ।
ज)	क्या यह भी सत्य है कि त्वचा विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण रोगियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और	त्वचा रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है । वर्तमान में एक एस आर एवं 2 जे आर से ही काम चलाया जा रहा है ।
झ)	इन कमियों को कब तक पूरी तरह से सुधार लिया जाएगा?	विभाग इस विषय पर कार्य कर रहा है ।

Secretary
909 A, 9th Level, Block 3, I.P. Estate,
New Delhi